



visocolor[®] alpha
pH 5–9



200 Tests

es Juego analítico para la determinación colorimétrica del valor del pH

El método es aplicable también para el análisis de aguas marinas.

Interferencias: Los contenidos altos de sales neutras y coloides así como los porcentajes de disolventes orgánicos de mas de 10 % pueden falsear el resultado de la medida.

Precauciones de seguridad / Desechado: Consulte la información en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar la ficha de datos de seguridad en www.mn-net.com/SDS

it Kit per la determinazione colorimetrica del valore di pH

Questo metodo e applicabile anche per l'analisi dell'acqua di mare.

Interferenze: Tuttavia risultati errati possono essere dati da concentrazioni elevate di sale neutri o colloidali, oppure da un contenuto di solventi superiore al 10 %.

Avvertenze di pericolo / Smaltimento: Per informazioni sullo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza può essere scaricata dal sito www.mn-net.com/SDS.

nl Testset voor de colorimetrische bepaling van de pH-waarde

Testset voor de colorimetrische bepaling van de pH-waarde

Storingen: Hoge gehalten aan neutrale zouten en colloïden kunnen evenals organische aandelen van oplosmiddelen hoger dan 10 % het meetresultaat vervalsen.

Voorzorgsmaatregelen / Afvalverwerking: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor informatie. U kunt het veiligheidsinformatieblad downloaden van www.mn-net.com/SDS.

de Testbesteck zur
kolorimetrischen Bestimmung des
pH-Wertes

Die Methode ist auch zur Analyse
von Meerwasser geeignet.

Störungen: Hohe Gehalte an
Neutralsalzen und Kolloiden sowie
organische Lösungsmittelanteile
über 10 % können das
Messergebnis verfälschen.

Gefahrenhinweise / Entsorgung:

Informationen finden Sie im
Sicherheitsdatenblatt. Das

Sicherheitsdatenblatt können Sie unter www.mn-net.com/SDS herunterladen.

en Test kit for performing colorimetric tests on the pH value

This technique can also be applied for analyzing sea water.

Interferences: High concentrations of neutral salts and colloids as well as organic solvent contents above 10 % can cause wrong results.

Hazard warning / Disposal: Information can be found in the safety data sheet. You can download the safety data sheet from www.mn-net.com/SDS.

fr Kit de test pour la détermination colorimétrique du pH

Cette méthode peut être utilisée aussi pour l'analyse de l'eau de mer.

Interférences : Les résultats de mesure peuvent être affectés par des niveaux élevés de sels neutres et de colloïdes ainsi que par des solvants organiques représentant plus de 10 % du volume.

Indications de danger / Eliminations des échantillons : Vous trouverez des informations dans la fiche de données de sécurité. Vous trouverez la fiche de données de sécurité sur le site www.mn-net.com/SDS pour la télécharger.



UFI: S8GU-F348-S207-AN25, MIX00294, pH 5–9: 24 mL Ethanol /
ethanol / ethanol 90 – 100 %, CAS 64-17-5

GEFAHR

DANGER

DANGER

www.mn-net.com


MACHEREY-NAGEL

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Valenciennr Str. 11 · 52355 Düren · Germany

Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com





de Gebrauchsanweisung

1. Probegefäß mit der Wasserprobe mehrmals spülen und bis zum Markierungsstrich (5 mL) füllen.
2. 4 Tropfen pH 5–9 zugeben und durch Umschwenken mischen.
3. Messgefäß auf die Farbkarte stellen und in der Durchsicht von oben Farbvergleichswert zuordnen. Zwischenwerte lassen sich schätzen.

fr Mode d'emploi

1. Rincer plusieurs fois le récipient avec l'échantillon d'eau et le remplir jusqu'à la graduation (5 mL).
2. Ajouter 4 g outtes de pH 5–9 et mélanger en agitant.
3. Placer le récipient sur l'échelle de couleurs et attribuer la valeur par l'inspection du haut. Des valeurs intermédiaires peuvent être évaluées.

en Instructions for use

1. Rinse the test vessel several times with the water sample and fill to the ring mark (5 mL).
2. Add 4 drops of pH 5–9 and mix by swirling.
3. Place the measuring vessel on the colour chart and assign the value by comparison of the colour. Mid-values can be estimated.

es Instrucciones de uso

1. Lavar repetidamente el recipiente con la prueba del agua y llenarlo hasta la marca (5 mL).
2. Añadir 4 g otas de pH 5–9 y mezclar agitando.
3. Colocar el recipiente sobre la escala de colores y asignar uno de los valores cromáticos. Los valores intermedios pueden interpolarse.

it Istruzioni per l'uso

1. Risciacquare più volte il tubo con il campione d'acqua e riempirlo fino al segno ad anello (5 mL).
2. Aggiungere 4 g occe di pH 5–9 e mescolare agitando.
3. Collocare il tubo sopra la scala colorata ed assegnare il valore dall'osservazione dall'alto. I valori intermedi possono essere stimati.

nl Gebruiksaanwijzing

1. Testbuisje meermalen met het watermonster uitspoelen en tot de markeerstreep (5 mL) afvullen.
2. 4 druppels pH 5–9 toevoegen en mengen door schudden.
3. Testbuisje op de kleurenschaal zetten en kleur vergelijken (van boven af door het buisje heen kijken). Tussengelegen waarden kunnen geschat worden.

