

TICKOMED 1

Dental-Instrumenten-Reiniger

für Ultraschall • Konzentrat • mild alkalisch



Reinigung und Vorreinigung von zahnmedizinischen Instrumenten und Zubehör

Konzentrat zur manuellen Reinigung und Vorreinigung in der Instrumentenaufbereitung, sowohl im Ultraschallbad als auch im Tauchbadverfahren, von

zahnärztlichen, chirurgischen, invasiven und nicht-invasiven medizinischen Instrumenten, rotierenden und nicht-rotierenden Klein- und Präzisionsinstrumenten sowie endodontologischen Kleininstrumenten, Zubehör und Komponenten von Medizinprodukten

in der Zahnarztpraxis, Zahnklinik, Kieferchirurgie und Kieferorthopädie.

Sehr hohe Materialverträglichkeit, geeignet für Teile aus Metall, auch Aluminium und eloxierte Teile, Titan, Glas, Porzellan, Keramik und Kunststoff, im Zweifelsfall ist diese vorab zu testen.

Anwendung im Ultraschallbad (Dosierung • Einwirkzeit)

3 % • 3 – 10 min

Anwendung ohne Ultraschall (Dosierung • Einwirkzeit)

5 % • max. 12 h;

je nach Art und Hartnäckigkeit der Verunreinigung

5 % • max. 60 min;

bei Aluminium und dessen Legierungen

Die Anwendung erfolgt verdünnt mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität und ohne weitere Zusätze. Auf vollständige Benetzung achten. Nach der Behandlung Teile gründlich mit Wasser spülen und trocknen. Gebrauchslösung bei sichtbaren Verunreinigungen sofort wechseln, spätestens jedoch täglich. Bei frischen Blut- und Proteinresten kalt ansetzen (Proteinfixierung); Lösung ist bei hartnäckigen Verunreinigungen bis auf 60 °C erwärmbar.

Produktinformation unter www.dr-stamm.de beachten.

Nur für den beruflichen Anwender.

Als Kontaktflüssigkeit (3 %) bei der indirekten Beschallung bei der Anwendung von STAMMOPUR Z, STAMMOPUR GR und STAMMOPUR DB im Ultraschallbad einsetzbar.

Mild alkalisch (pH 9,0 bei 1 % in VE-Wasser), biologisch abbaubar.

Inhaltsstoffe

5–15 % nichtionische Tenside, 5–15 % kationische Tenside, < 5 % Phosphat, Komplexbildner.

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell
+P338 vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Gefahr



UFI-Code: NS00-Q0YN-900P-SD06

Schwerwiegende Vorkommnisse mit dem Produkt sind DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik und der zuständigen Behörde zu melden.

Basis-UDI-DI: ++G014TM109WP

S 3090/07e – 2023/01de



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

EG-Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationen
als PDF-Download unter www.dr-stamm.de