KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com
Tel: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Installationsanleitung Signallampe

KERN CFS-A03


Version 1.5
2025-06
de



Konfiguration

Die Ampel **CFS-A03** kann für unterschiedliche Anwendungen angepasst werden. Hierzu wie folgt vorgehen:

Für das Verändern der Anschlüsse müssen die 4 Schrauben an der Bodenplatte gelöst und die Bodenplatte entfernt werden.



Anschluß „COM“ (GND) nicht verändern!

Modell GAB		**Modelle KFB-TM, KFS-TM, CFS, CPB**	
COM (GND)	Schwarz	COM (GND)	Schwarz
OUT 1	Gelb	OUT 1	Gelb
OUT 2	----	OUT 2	Rot
OUT 3	Rot	OUT 3	Grün
OUT 4	Grün	OUT 4	----

Modelle mit KUP-01 / KUM-01	
COM (GND)	Schwarz
OUT 1	Grün
OUT 2	Rot
OUT 3	Gelb
OUT 4	----