de QUANTOFIX® Peroxid 25

REF 91319

Beschreibung:

QUANTOFIX® Peroxid 25 sind Teststreifen zum halbquantitativen Nachweis von Peroxid in wässrigen Proben.

Sie sind geeignet für die visuelle Auswertung mit Farbskala, für die reflektometrische Auswertung mit dem QUANTOFIX® Relax und zur Auswertung mit der Webanwendung *QuantifyGo*® auf dem Smartphone.

Inhalt:

- 1 Aluminiumdose mit 100 Teststreifen und Vergleichsskala

Messbereich:

Visuell:

Peroxid - 0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H_2O_2

QUANTOFIX® Relax:

Peroxid - 0.5 – 25 mg/L H_2O_2

QuantifyGo®:

Peroxid - 0.5 – 25 mg/L H_2O_2

Methode:

Peroxid - Redoxreaktion

Farbwechsel:

Peroxid - weiß → blau

Zusatzhinweise:

QUANTOFIX® Peroxid 25 eignet sich auch zum Nachweis von anderen organischen und freien anorganischen Hydroperoxiden.

Zum Nachweis von Hydroperoxiden in organischen Lösemitteln wird das Testfeld nach dem Verdunsten bzw. Eintrocknen des Lösemittels mit einem Tropfen Wasser befeuchtet.

Allgemeine Hinweise:

Stets nur notwendige Anzahl Teststreifen entnehmen. Dose nach Entnahme sofort wieder verschließen. Testfeld nicht berühren.

Gefahrenhinweise:

Dieser Test enthält keine kennzeichnungspflichtigen Gefahrstoffe.

Gebrauchsanweisung (visuell):

1. Teststreifen 1 s in Probe eintauchen.
2. Flüssigkeitsüberschuss abschütteln.
3. 15 s warten.
4. Testfeld mit Farbskala vergleichen.

Verfärbungen nach der Reaktionszeit dürfen für die Auswertung nicht mehr berücksichtigt werden.

Gebrauchsanweisung (QUANTOFIX® Relax):

1. Methode [H_2O_2 25] wählen.
2. Teststreifen 1 s in Probe eintauchen.
3. Flüssigkeitsüberschuss abschütteln.
4. Teststreifen auf den Teststreifenhalter auflegen.
5. Nach Ablauf der Reaktionszeit das Messergebnis ablesen.

Gebrauchsanweisung (*QuantifyGo*®):

1. https://quantifygo.mn-net.com/PRTLMX aufrufen oder QR-Code scannen.
2. „Scan“-Button in der *QuantifyGo*® Anwendung drücken.
3. Teststreifen 1 s in Probe eintauchen.
4. Flüssigkeitsüberschuss abschütteln.
5. 15 s warten.
6. Teststreifen auf die markierte Fläche legen und fotografieren.
7. Das Ergebnis erscheint sofort auf dem Bildschirm.

Applikationen:

Applikation QUANTOFIX® Peroxid in Joghurt (DE)

https://qr.mn-net.com/qr/(PDF)SI_Peroxide_in_yogurt_DE

Störungen:

Im Bereich von pH 2 – 9 ist die Reaktion unabhängig vom pH-Wert der zu prüfenden Lösung. Stark saure Lösungen müssen mit Natriumacetat gepuffert werden, alkalische Lösungen mit Citronensäure auf pH 5 – 7 eingestellt werden. Der Test liefert ebenfalls mit anderen starken Oxidationsmitteln ein positives Ergebnis. Die Bestimmung wird durch die folgenden maximalen Fremdionen-Konzentrationen nicht gestört: 3 mg/L: freies Chlor (Hypochlorit) 4 mg/L: Brom (Br_2)

Entsorgung:

Benutzte Teststreifen in den Hausmüll geben.

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Deutschland

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

Rev. 10/2026


de QUANTOFIX® Peroxid 25

REF 91319


Lagerbedingungen:

Teststreifen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren (Lagertemperatur 4 – 30 °C). Bei sachgemäßer Lagerung sind die Teststreifen bis zum aufgedruckten Verfallsdatum haltbar.


Piktogrammanleitung (visuell):



Piktogrammanleitung (QUANTOFIX® Relax):



Piktogrammanleitung (*QuantifyGo*®):



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Deutschland

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

Rev. 10/2026

en QUANTOFIX® Peroxide 25

REF 91319

Description:

QUANTOFIX® Peroxide 25 are test strips for the semi-quantitative detection of peroxide in aqueous samples.

They are suitable for visual evaluation using a color scale, for reflectometric evaluation with the QUANTOFIX® Relax, and for evaluation using the *QuantifyGo*® web application on a smartphone.

Pack content:

- 1 aluminium container with 100 test strips and reference color scale

Measuring range:

Visually:

Peroxide - 0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H_2O_2

QUANTOFIX® Relax:

Peroxide - 0.5 – 25 mg/L H_2O_2

QuantifyGo®:

Peroxide - 0.5 – 25 mg/L H_2O_2

Method:

Peroxide - Redox reaction

Color change:

Peroxide - white → blue

Additional indications:

QUANTOFIX® Peroxide 25 is also suitable for the detection of other organic and free inorganic hydroperoxides.

To detect hydroperoxides in organic solvents, moisten the test field with a drop of water after the solvent has evaporated or dried.

General indications:

Always remove only the number of test strips needed. Immediately close the container after removing test strips. Do not touch the test field.

Hazard warnings:

This test does not contain hazardous substances that must be labelled.

Instructions for use (visual):

1. Dip the test strip into the sample for 1 sec.
2. Shake off excess liquid.
3. Wait 15 sec.
4. Compare the test field to the color scale.

For interpreting the results, do not take color changes into consideration after the reaction time has elapsed.

Instructions for use (QUANTOFIX® Relax):

1. Select the [H_2O_2 25] method.
2. Dip the test strip into the sample for 1 sec.
3. Shake off excess liquid.
4. Place the test strip on the test strip holder.
5. Read the test results once the reaction time has elapsed.

Instructions for use (*QuantifyGo*®):

1. Visit https://quantifygo.mn-net.com/PRTLMX or scan the QR code.
2. Press the “Scan” button in the *QuantifyGo*® application.
3. Dip the test strip into the sample for 1 sec.
4. Shake off excess liquid.
5. Wait 15 sec.
6. Place the test strip on the marked area and take a photo.
7. The result appears immediately on the screen.

Application notes:

Application note QUANTOFIX® Peroxide in yogurt (EN)

https://qr.mn-net.com/qr/(PDF)SI_Peroxide_in_yogurt_EN

Interferences:

In the range of pH 2 – 9, the reaction is independent of the pH of the solution to be tested. Strongly acidic solutions must be buffered with sodium acetate; alkaline solutions must be adjusted to pH 5 – 7 with citric acid. The test also yields a positive result with other strong oxidizing agents. The determination is not impaired by the following maximum concentrations of foreign ions: 3 mg/L: free chlorine (hypochlorite) 4 mg/L: bromine (Br_2)

Disposal:

Dispose of used test strips in household waste.

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

Rev. 10/2026


en QUANTOFIX® Peroxide 25

REF 91319


Storage:

Protect test strips from sunlight and moisture. Store the container in a cool, dry place (storage temperature 4 – 30 °C / 39 – 86 °F). If stored properly, the test strips are stable until the printed expiration date.


Pictogram instructions (visual):



Pictogram instructions (QUANTOFIX® Relax):



Pictogram instructions (*QuantifyGo*®):



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

Rev. 10/2026

fr QUANTOFIX® Peroxyde 25

REF 91319

Description :

Les languettes test QUANTOFIX® Peroxyde 25 sont destinées à la détermination semi-quantitative du peroxyde dans les échantillons aqueux.

Elles se prêtent à une évaluation visuelle par comparaison avec l'échelle colorimétrique avec le lecteur QUANTOFIX® Relax et à une analyse par le service web *QuantifyGo*® avec le smartphone.

Contenu :

- 1 boîte en aluminium avec 100 languettes test et échelle de couleurs

Domaine de mesure :

Visuellement :

Peroxyde - 0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H_2O_2

QUANTOFIX® Relax :

Peroxyde - 0.5 – 25 mg/L H_2O_2

QuantifyGo® :

Peroxyde - 0.5 – 25 mg/L H_2O_2

Méthode :

Peroxyde - Réaction d'oxydoréduction

Changement de couleur :

Peroxyde - blanc → bleu

Remarques spécifiques au test :

QUANTOFIX® Peroxyde 25 convient également à la détection d'autres hydroperoxydes organiques et inorganiques libres.

Pour la détection d'hydroperoxydes dans des solvants organiques, humidifier la zone réactive avec une goutte d'eau après évaporation ou séchage du solvant.

Remarques générales :

Prélever seulement le nombre de languettes nécessaires. Refermer le tube immédiatement après. Ne pas toucher la zone réactive.

Indication de danger :

Ce test est exempt de toute substance dangereuse nécessitant un étiquetage particulier.

Mode d'emploi (méthode visuelle) :

1. Tremper la languette test pendant 1 s dans l'échantillon.
2. Secouer pour éliminer l'excédent de liquide.
3. Attendre 15 s.
4. Comparer la couleur de la zone réactive avec l'échelle colorimétrique.

Ne pas tenir compte pour l'évaluation des colorations apparaissant sur les languettes après le temps de réaction.

Mode d'emploi (QUANTOFIX® Relax) :

1. Sélectionner la méthode [H_2O_2 25].
2. Tremper la languette test pendant 1 s dans l'échantillon.
3. Secouer pour éliminer l'excédent de liquide.
4. Poser la languette sur le support pour languettes test.
5. Une fois le temps de réaction écoulé, lire le résultat de la mesure.

Mode d'emploi (*QuantifyGo*®) :

1. Sélectionner https://quantifygo.mn-net.com/PRTLMX ou scanner le QR-Code.
2. Appuyer sur le bouton « Scan » dans l'application *QuantifyGo*®
3. Tremper la languette test pendant 1 s dans l'échantillon.
4. Secouer pour éliminer l'excédent de liquide.
5. Attendre 15 s.
6. Poser la languette test sur le cadre délimité par les repères et photographier.
7. Le résultat s'affiche immédiatement à l'écran.

Notes d'application :

Application note QUANTOFIX® Peroxide in yogurt (EN)

https://qr.mn-net.com/qr/(PDF)SI_Peroxide_in_yogurt_EN

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

Rev. 10/2026

fr QUANTOFIX® Peroxyde 25

REF 91319

Interférences :

À un pH de 2 à 9, la réaction est indépendante du pH de la solution d'essai. Les solutions fortement acides doivent être tamponnées avec de l'acétate de sodium ; les solutions alcalines doivent être ajustées à un pH de 5 à 7 avec de l'acide citrique. Le test donne un résultat positif également avec d'autres oxydants puissants. La détermination n'est pas perturbée par les concentrations des substances étrangères suivantes : 3 mg/L : chlore libre (hypochlorite) 4 mg/L : Brome (Br_2)


Élimination :

Jeter les languettes test usagées à la poubelle.


Conservation et stabilité :

Ne pas exposer les languettes test à la lumière du soleil ni à l'humidité. Conserver la boîte dans un endroit frais et sec (température de stockage 4 – 30 °C). Dans la mesure ou les consignes énoncées sont respectées, les languettes se conservent jusqu'à la date de péremption imprimée sur l'emballage.


Mode d'emploi illustré (méthode visuelle) :



Mode d'emploi illustré (QUANTOFIX® Relax) :



Mode d'emploi illustré (*QuantifyGo*®) :



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

Rev. 10/2026

es QUANTOFIX® Peróxido 25

REF 91319

Descripción:

QUANTOFIX® Peróxido 25 son tiras reactivas para la determinación semicuantitativa de peróxido muestras acuosas.

Son aptas para el análisis visual con escala de colores, para la evaluación reflectométrica con QUANTOFIX® Relax y para la evaluación mediante la aplicación web *QuantifyGo*® en el smartphone.

Contenido:

- 1 tubo de aluminio con 100 tiras reactivas y escala de colores.

Rango de medida:

Visualmente:

Peróxido - 0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H_2O_2

QUANTOFIX® Relax:

Peróxido - 0.5 – 25 mg/L H_2O_2

QuantifyGo®:

Peróxido - 0.5 – 25 mg/L H_2O_2

Método:

Peróxido - reacción redox

Viraje de color:

Peróxido - blanco → azul

Indicaciones específicas para el test:

QUANTOFIX® Peróxido 25 también es apto para la determinación de otros hidroperóxidos orgánicos e inorgánicos libres.

Para la determinación de hidroperóxidos en disolventes orgánicos, una vez evaporado o secado el disolvente, se humedece el campo reactivo con una gota de agua.

Indicaciones generales:

Extraer solo el número necesario de tiras reactivas. Cerrar el bote inmediatamente después de extraerlas. No tocar el campo reactivo.

Indicaciones de peligro:

Este test no contiene ninguna sustancia peligrosa que deba ser indicada en la etiqueta.

Instrucciones de uso (visual):

1. Sumergir la tira reactiva 1 s en la muestra.
2. Sacudir el exceso de líquido.
3. Esperar 15 s.
4. Comparar el campo reactivo con la escala de colores.

Las decoloraciones que se produzcan después del tiempo de reacción ya no se deberán tener en cuenta para la evaluación.

Instrucciones de uso (QUANTOFIX® Relax):

1. Seleccionar el método [H_2O_2 25].
2. Sumergir la tira reactiva 1 s en la muestra.
3. Sacudir el exceso de líquido.
4. Colocar la tira reactiva en el soporte para tiras reactivas.
5. Una vez transcurrido el tiempo de reacción, leer el resultado de la medición.

Instrucciones de uso (*QuantifyGo*®):

1. Abrir https://quantifygo.mn-net.com/PRTLMX o escanear el código QR.
2. Pulsar el botón «Scan» en la aplicación *QuantifyGo*®.
3. Sumergir la tira reactiva 1 s en la muestra.
4. Sacudir el exceso de líquido.
5. Esperar 15 s.
6. Colocar la tira reactiva sobre la superficie marcada y fotografiarla.
7. El resultado aparece inmediatamente en pantalla.

Notas de aplicación:

Nota de aplicación QUANTOFIX® Peróxido en el yogur (ES)

https://qr.mn-net.com/qr/(PDF)SI_Peroxide_in_yogurt_ES

Interferencias:

En el intervalo de pH 2 – 9, la reacción es independiente del pH de la solución a comprobar. Las soluciones fuertemente ácidas se deben tamponar con acetato de sodio, las soluciones alcalinas se deben ajustar con ácido cítrico a un pH 5 – 7. La prueba también da un resultado positivo con otros oxidantes fuertes. La determinación no se ve alterada por las siguientes concentraciones máximas de sustancias extrañas: 3 mg/L: cloro libre (hipoclorito) 4 mg/L: bromo (Br_2)

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

Rev. 10/2026

es QUANTOFIX® Peróxido 25

REF 91319


Eliminación:

Eliminar las tiras reactivas usadas con la basura doméstica.


Almacenamiento:

Protéjanse las tiras de la luz solar y de la humedad. Guárdese el envase en un lugar fresco y seco, a una temperatura 4 – 30 °C). Estando almacenadas correctamente, las tiras reactivas pueden usarse hasta la fecha de vencimiento que consta en el envase.


Instrucciones de uso ilustrados (visual):



Instrucciones de uso ilustrados (QUANTOFIX® Relax):



Instrucciones de uso ilustrados (*QuantifyGo*®):



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

Rev. 10/2026

it QUANTOFIX® Perossido 25

REF 91319

Descrizione:

QUANTOFIX® Perossido 25 sono strisce reattive per la determinazione semiquantitativa del perossido in campioni acquosi.

Sono adatte anche alla valutazione visiva con scala colori, alla valutazione reflettometrica con QUANTOFIX® Relax e a quella con l'applicazione web *QuantifyGo*® sullo smartphone.

Contenuto:

- 1 confezione in alluminio contenente 100 strisce analitiche e scala di confronto dei colori.

Rango di misura para misurazione:



Visivamente:

Perossido - 0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H_2O_2



QUANTOFIX® Relax:

Perossido - 0.5 – 25 mg/L H_2O_2



QuantifyGo®:

Perossido - 0.5 – 25 mg/L H_2O_2

Metodo:

Perossido - Reazione redox

Cambio di colore:

Perossido - bianco → blu

Indicazioni supplementari:

QUANTOFIX® Perossido 25 è adatto anche alla determinazione di altri idroperossidi organici e inorganici liberi.

Per determinare gli idroperossidi nei solventi organici, inumidire la zona reattiva con una goccia d'acqua dopo l'evaporazione e/o l'essiccazione del solvente.

Indicazioni generali:

Prelevare sempre soltanto la quantità di strisce necessaria. Dopo il prelievo richiudere immediatamente il barattolo. Non toccare la zona reattiva.

Indicazioni di pericolo:

Il presente test non contiene sostanze pericolose con obbligo di etichettatura.

Istruzioni per l'uso (misurazione visiva):

1. Immergere la striscia reattiva per 1 s nel campione.
2. Scuotere per eliminare il liquido in eccesso.
3. Attendere 15 s.
4. Confrontare la zona reattiva con la scala colori.

I cambiamenti di colore successivi al tempo di reazione non devono essere più presi in considerazione.

Istruzioni per l'uso (QUANTOFIX® Relax):

1. Selezionare il metodo [H_2O_2 25].
2. Immergere la striscia reattiva per 1 s nel campione.
3. Scuotere per eliminare il liquido in eccesso.
4. Appoggiare la striscia reattiva sull'apposito supporto.
5. Trascorso il tempo di reazione, leggere il risultato della misurazione.

Istruzioni per l'uso (*QuantifyGo*®):

1. Accedere a https://quantifygo.mn-net.com/PRTLMX oppure scansionare il codice QR.
2. Premere il pulsante "Scan" nell'applicazione *QuantifyGo*®
3. Immergere la striscia reattiva per 1 s nel campione.
4. Scuotere per eliminare il liquido in eccesso.
5. Attendere 15 s.
6. Poggiare la striscia reattiva sulla superficie contrassegnata e fotografare.
7. Il risultato compare subito sullo schermo.

Applicazioni:

Application note QUANTOFIX® Peroxide in yogurt (EN)

https://qr.mn-net.com/qr/(PDF)SI_Peroxide_in_yogurt_EN

Interferenze:

Nell'intervallo pH 2 – 9 la reazione è indipendente dal pH della soluzione da testare. Tamponare le soluzioni fortemente acide con acetato di sodio; portare le soluzioni alcaline ad un pH di 5 – 7 utilizzando acido citrico. Il test fornisce un risultato positivo anche con altri forti ossidanti. La determinazione non subisce interferenze da ioni estranei nelle seguenti concentrazioni massime: 3 mg/L: cloro libero (ipoclorito) 4 mg/L: bromo (Br_2)

Smaltimento:

Conferire le strisce reattive usate nei rifiuti solidi urbani.

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

Rev. 10/2026


it QUANTOFIX® Perossido 25

REF 91319


Magazzinaggio e conservabilità:

Proteggere le strisce analitiche dall'esposizione diretta ai raggi del sole nonché dall'umidità. Conservare la confezione in un luogo fresco e asciutto (La temperatura di magazzinaggio 4 – 30 °C). In casa di magazzinaggio corretto, le strisce analitiche sono utilizzabili fino alla data di scadenza riportata sulla confezione.


Istruzioni per l'uso illustrate (misurazione visiva):



Istruzioni per l'uso illustrate (QUANTOFIX® Relax):



Istruzioni per l'uso illustrate (*QuantifyGo*®):



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

Rev. 10/2026

nl QUANTOFIX® Peroxide 25

REF 91319

Beschrijving:

QUANTOFIX® Peroxide 25 zijn teststrips voor de semikwantitatieve bepaling van peroxide in waterige monsters.

Ze zijn geschikt voor visuele beoordeling met kleurenschaal, voor reflectometrische beoordeling met de QUANTOFIX® Relax en voor beoordeling met de webtoepassing *QuantifyGo*® op de smartphone.

Inhoud:

- 1 aluminium blikje met 100 teststrips en kleurvergelijkingsschaal

Meetbereik:

Visueel:

Peroxide - 0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H_2O_2

QUANTOFIX® Relax:

Peroxide - 0.5 – 25 mg/L H_2O_2

QuantifyGo®:

Peroxide - 0.5 – 25 mg/L H_2O_2

Methode:

Peroxide - Redoxreactie

Kleurverandering:

Peroxide - wit → blauw

Specifieke richtlijnen voor deze test:

QUANTOFIX® Peroxide 25 is ook geschikt voor de bepaling van andere organische en vrije anorganische hydroperoxiden.

Voor de bepaling van hydroperoxiden in organische oplosmiddelen wordt het testvenster na het verdampen resp. indrogen van het oplosmiddel bevochtigd met een druppel water.

Algemene richtlijnen:

Neem altijd alleen het benodigde aantal teststrips uit de verpakking. Sluit het blikje onmiddellijk nadat de teststrips eruit zijn gehaald. Raak het testvenster niet aan.

Gevareninformatie:

Deze test bevat geen verplicht te labelen gevaarlijke stoffen.

Gebruiksaanwijzing (visueel):

1. Dompel de teststrip 1 s in monster.
2. Overtollige vloeistof afschudden.
3. 15 s wachten.
4. Vergelijk het testvenster met de kleurenschaal.

Voor de beoordeling mag met verkleuringen na de reactietijd geen rekening meer worden gehouden.

Gebruiksaanwijzing (QUANTOFIX® Relax):

1. Kies methode [H_2O_2 25].
2. Dompel de teststrip 1 s in monster.
3. Overtollige vloeistof afschudden.
4. Leg de teststrip op de teststriphouder.
5. Lees na afloop van de reactietijd het meetresultaat af.

Gebruiksaanwijzing (*QuantifyGo*®):

1. Roep https://quantifygo.mn-net.com/PRTLMX op of scan de QR-code.
2. Druk op de “Scan”-knop in de *QuantifyGo*® toepassing.
3. Dompel de teststrip 1 s in monster.
4. Overtollige vloeistof afschudden.
5. 15 s wachten.
6. Leg de teststrip op het gemarkeerde oppervlak en maak een foto.
7. Het resultaat verschijnt direct op het beeldscherm.

Toepassingsnotities:

Application note QUANTOFIX® Peroxide in yogurt (EN)

https://qr.mn-net.com/qr/(PDF)SI_Peroxide_in_yogurt_EN

Storingen:

In het bereik van pH 2 – 9 is de reactie onafhankelijk van de pH-waarde van de te testen oplossing. Sterk zure oplossingen moeten met natriumacetaat worden gebufferd, alkalische oplossingen moeten met citroenzuur op pH 5 – 7 worden ingesteld. De test levert met andere sterke oxidatiemiddelen eveneens een positief resultaat op. De bepaling wordt niet gestoord door de volgende maximale concentraties van vreemde ionen: 3 mg/L: vrij chloor (hypochloriet) 4 mg/L: broom (Br_2)

Verwijdering:

Gooi gebruikte teststrips bij het huisvuil weg.

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

Rev. 10/2026


nl QUANTOFIX® Peroxide 25

REF 91319


Opslagcondities:

Bescherm de teststrips tegen zonlicht en vochtigheid. Het blikje koel en droog bewaren (opslagtemperatuur 4 – 30 °C). Mits bewaard onder de juiste omstandigheden zijn de teststrips tot aan de opgedrukte vervaldatum houdbaar.


Geïllustreerde gebruiksaanwijzingen (visueel):



Geïllustreerde gebruiksaanwijzingen (QUANTOFIX® Relax):



Geïllustreerde gebruiksaanwijzingen (*QuantifyGo*®):



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

Rev. 10/2026

pl QUANTOFIX® Nadtlenek 25

REF 91319

Opis:

QUANTOFIX® Nadtlenek 25 to paski testowesłużące do półilościowego wykrywania nadtlenku w próbkach wodnych.

Nadają się one do oceny wizualnej przy użyciu skali barw, analizy reflektometrycznej za pomocą urządzenia QUANTOFIX® Relax oraz analizy za pośrednictwem aplikacji internetowej *QuantifyGo*® na smartfonie.

Zawartość:

- 1 puszka aluminiowa zawiera 100 pasków testowych i skala porównawcza kolorów

Zakres pomiarowy:



Naocznie:

Nadtlenek - 0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H_2O_2



QUANTOFIX® Relax:

Nadtlenek - 0.5 – 25 mg/L H_2O_2



QuantifyGo®:

Nadtlenek - 0.5 – 25 mg/L H_2O_2

Methoda:

Nadtlenek – reakcja redoks

Zmiana koloru:

Nadtlenek – biały → niebieski

Dodatkowe wskazówki:

QUANTOFIX® Nadtlenek 25 nadaje się również do wykrywania innych organicznych oraz wolnych nieorganicznych wodoronadtlenków.

W celu wykrycia wodoronadtlenków w rozpuszczalnikach organicznych po odparowaniu lub wyschnięciu rozpuszczalnika należy zwilżyć pole testowe kroplą wody.

Wskazówki ogólne:

Zawsze wyjmować tylko niezbędną liczbę pasków testowych. Po pobraniu pasków puszkę należy natychmiast szczelnie zamknąć. Nie dotykać pola testowego:

Wskazówki bezpieczeństwa:

Test nie zawiera substancji niebezpiecznych, objętych obowiązkiem oznaczania.

Instrukcja użytkowania (pomiar wizualny):

1. Zanurzyć paski testowe w próbce na 1 s.
2. Strząsnąć nadmiar cieczy.
3. Odczekać 15 s.
4. Porównać pole testowe ze skalą barw.

Podczas analizy nie należy uwzględniać zmian barwy po upływie czasu reakcji.

Instrukcja użytkowania (QUANTOFIX® Relax):

1. Wybrać metodę [H_2O_2 25].
2. Zanurzyć paski testowe w próbce na 1 s.
3. Strząsnąć nadmiar cieczy.
4. Umieścić paski testowe w uchwycie na paski testowe.
5. Po upływie czasu reakcji odczytać wynik pomiaru.

Instrukcja użytkowania (*QuantifyGo*®):

1. Odwiedzić stronę https://quantifygo.mn-net.com/PRTLMX lub zeskanować kod QR.
2. Nacisnąć przycisk „Skanuj” w aplikacji *QuantifyGo*®.
3. Zanurzyć paski testowe w próbce na 1 s.
4. Strząsnąć nadmiar cieczy.
5. Odczekać 15 s.
6. Umieścić paski testowe na zaznaczonej powierzchni i sfotografować.
7. Wynik natychmiast pojawia się na ekranie.

Aplikacje:

Application note QUANTOFIX® Peroxide in yogurt (EN)

https://qr.mn-net.com/qr/(PDF)SI_Peroxide_in_yogurt_EN

Zakłócenia:

W zakresie pH 2 – 9 reakcja jest niezależna od wartości pH roztworu poddawanego testowi. Silnie kwaśne roztwory należy buforować za pomocą octanu sodu, a roztwory zasadowe dostosować do pH 5 – 7 za pomocą kwasu cytrynowego. Test daje wynik pozytywny również w połączeniu z innymi silnymi utleniaczami. Następujące maksymalne stężenia jonów obcych nie zakłócają oznaczenia: 3 mg/L: chlor wolny (podchloryn) 4 mg/L: brom (Br_2)

Usawanie:

Zużyte paski testowe można wyrzucać wraz z odpadami domowymi.

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

Rev. 10/2026


pl QUANTOFIX® Nadtlenek 25

REF 91319


Warunki przechowywania:

Paski testowe należy chronić przed światłem słonecznym i wilgocią. Puszkę przechowywać w miejscu chłodnym i suchym (w temperaturze 4 – 30 °C). Przy prawidłowym składowaniu laseczki testowe są przydatne do użytku do daty podanej na opakowaniu.


Ilustrowane instrukcje obsługi (pomiar wizualny):



Ilustrowane instrukcje obsługi (QUANTOFIX® Relax):



Ilustrowane instrukcje obsługi (*QuantifyGo*®):



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

Rev. 10/2026

hu QUANTOFIX® Peroxid 25

REF 91319

Leírás:

A QUANTOFIX® Peroxid 25 olyan tesztcsíkok, amelyek vizes mintákban található peroxid félkvantitatív kimutatására szolgálnak.

A tesztcsíkok a színskála alapján történő vizuális kiértékelésre, a QUANTOFIX® Relax készülékkel végzett reflektometriás kiértékelésre, valamint a *QuantifyGo*® okostelefonos webalkalmazással történő kiértékelésre egyaránt alkalmasak.

Tartalom:

- 1 puszka aluminiowa zawiera 100 pasków testowych i skala porównawcza kolorów

Mérési tartomány:

Vizuális:

Peroxid - 0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H_2O_2

QUANTOFIX® Relax:

Peroxid - 0.5 – 25 mg/L H_2O_2

QuantifyGo®:

Peroxid - 0.5 – 25 mg/L H_2O_2

Módszer:

Peroxid – Redox-reakció

Színváltás:

Peroxid – fehér → kék

További megjegyzések:

A QUANTOFIX® Peroxid 25 más szerves és szabad szervetlen hidroperoxidok kimutatására is alkalmas.

Szerves oldószerekben lévő hidroperoxidok kimutatásához az oldószer elpárologtatását, illetve beszárítását követően a tesztmezőt egy csepp vízzel meg kell nedvesíteni.

Általános tudnivalók:

Mindig csak a szükséges mennyiségű tesztcsíkot használja. A tégelyt a tesztcsík kivétele után azonnal zárja vissza. A tesztmezőt ne érintse meg!

Veszélyre figyelmeztető jelzések:

Ez a teszt nem tartalmaz címkézésre kötelezett veszélyes anyagokat.

Használati utasítás (vizuális):

1. A tesztcsíkot 1 másodpercre merítse a mintába.
2. Rázza le a felesleges folyadékot.
3. Várjon 15 másodpercet.
4. Hasonlítsa össze a tesztmező színét a színskálával.

A reakcióidő letelte után kialakuló elszíneződéseket a kiértékelés során már nem szabad figyelembe venni.

Használati utasítás (QUANTOFIX® Relax):

1. Válassza ki a [H_2O_2 25] módszert.
2. A tesztcsíkot 1 másodpercre merítse a mintába.
3. Rázza le a felesleges folyadékot.
4. Helyezze a tesztcsíkot a tesztcsíktartóra.
5. A reakcióidő letelte után olvassa le a mérési eredményt.

Használati utasítás (*QuantifyGo*®):

1. Nyissa meg a https://quantifygo.mn-net.com/PRTLMX weboldalt, vagy olvassa be a QR-kódot.
2. Nyomja meg a *QuantifyGo*® alkalmazás „Scan” gombját.
3. A tesztcsíkot 1 másodpercre merítse a mintába.
4. Rázza le a felesleges folyadékot.
5. Várjon 15 másodpercet.
6. Helyezze a tesztcsíkot a megjelölt területre, majd készítsen róla fényképet.
7. Az eredmény azonnal megjelenik a kijelzőn.

Alkalmazások:

Application note QUANTOFIX® Peroxide in yogurt (EN)

https://qr.mn-net.com/qr/(PDF)SI_Peroxide_in_yogurt_EN

Zavarok:

A pH 2 – 9 tartományban a reakció független a vizsgálandó oldat pH-értékétől. Az erősen savas oldatokat nátrium-acetáttal pufferelni kell, a lúgos oldatok pH-ját pedig citromsavval 5 – 7 közé kell beállítani. A teszt más erős oxidálószerek jelenlétében is pozitív eredményt ad. A meghatározást az alábbi maximális koncentrációban jelen lévő idegen ionok nem zavarják: 3 mg/l: szabad klór (hipoklorit); 4 mg/l: bróm (Br_2).

A hulladék ártalmatlanítása:

A használt tesztcsíkokat a háztartási hulladékba dobja.

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

Rev. 10/2026


hu QUANTOFIX® Peroxid 25

REF 91319


Tárolási feltételek:

A tesztcsíkokat óvja a napfénytől és a nedvességtől. A dobozt hűvös és száraz helyen tárolja (tárolási hőmérséklet 4 – 30 °C). Megfelelő tárolás mellett a tesztcsíkok a csomagoláson feltüntetett lejárati dátumig használhatók.


Illusztrált használati útmutató (vizuális):



Illusztrált használati útmutató (QUANTOFIX® Relax):



Illusztrált használati útmutató (*QuantifyGo*®):



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

Rev. 10/2026

pt QUANTOFIX® Peróxido 25

REF 91319

Descrição:

QUANTOFIX® Peróxido 25 são tiras de teste para a detecção semiquantitativa de peróxido em amostras aquosas.

São adequadas para avaliação visual com escala de cores, para avaliação refletométrica com o QUANTOFIX® Relax e para avaliação com a aplicação Web *QuantifyGo*® no smartphone.

Conteúdo:

- 1 Embalagem de alumínio com 100 tiras de teste e uma escala de comparação de cores

Faixa de medição:

Visuais:

Peróxido - 0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H_2O_2

QUANTOFIX® Relax:

Peróxido - 0.5 – 25 mg/L H_2O_2

QuantifyGo®:

Peróxido - 0.5 – 25 mg/L H_2O_2

Método:

Peróxido - Reação redox

Mudança de cor:

Peróxido - branco → azul

Informações adicionais:

QUANTOFIX® Peróxido 25 também é adequado para a deteção de outros hidroperóxidos orgânicos e inorgânicos livres.

Para a deteção de hidroperóxidos em solventes orgânicos, o campo de teste é humedecido com uma gota de água após a evaporação ou secagem do solvente.

Informações gerais:

Retirar sempre apenas o número de tiras de teste necessário. Voltar a fechar a embalagem imediatamente após a remoção. Não tocar no campo de teste.

Avisos de perigo:

Este teste não contém substâncias perigosas sujeitas a obrigação de rotulagem.

Instruções de utilização (visuais):

1. Mergulhar a tira de teste na amostra por 1 s.
2. Remover o excesso de líquido por agitação.
3. Aguardar 15 s.
4. Comparar a área de teste com a escala de cores.

As alterações de cor após o tempo de reação já não podem ser consideradas para a avaliação.

Instruções de utilização (QUANTOFIX® Relax):

1. Selecionar o método [H_2O_2 25].
2. Mergulhar a tira de teste na amostra por 1 s.
3. Remover o excesso de líquido por agitação.
4. Colocar a tira de teste no suporte para tiras de teste.
5. Ler os resultados do teste após o término do tempo de reação.

Instruções de utilização (*QuantifyGo*®):

1. Acessar https://quantifygo.mn-net.com/PRTLMX ou escanear o código QR.
2. Pressionar o botão “Scan” no aplicativo *QuantifyGo*®.
3. Mergulhar a tira de teste na amostra por 1 s.
4. Remover o excesso de líquido por agitação.
5. Aguardar 15 s.
6. Colocar a tira de teste na área marcada e tirar uma foto.
7. Visualizar o resultado imediatamente na tela.

Notas de aplicação:

Application note QUANTOFIX® Peroxide in yogurt (EN)

https://qr.mn-net.com/qr/(PDF)SI_Peroxide_in_yogurt_EN

Interferências:

No intervalo de pH 2 – 9, a reação é independente do valor de pH da solução a analisar. Soluções fortemente ácidas devem ser tamponadas com acetato de sódio; soluções alcalinas devem ser ajustadas para pH 5 – 7 com ácido cítrico. O teste também apresenta um resultado positivo com outros agentes oxidantes fortes. A determinação não sofre interferência pelas seguintes concentrações máximas de iões estranhos: 3 mg/L: cloro livre (hipoclorito) 4 mg/L: Bromo (Br_2)

Descarte:

Colocar as tiras de teste usadas no lixo doméstico.

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

Rev. 10/2026


pt QUANTOFIX® Peróxido 25

REF 91319


Condições de armazenamento:

Proteja as tiras de teste da luz solar e da humidade. Guarde a embalagem num local fresco e seco (temperatura de armazenamento 4 – 30 °C). Se armazenadas corretamente, as tiras de teste mantêm-se válidas até à data de validade indicada na embalagem.


Instruções de utilização ilustrados (visuais):



Instruções de utilização ilustrados (QUANTOFIX® Relax):



Instruções de utilização ilustrados (*QuantifyGo*®):



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

Rev. 10/2026